

Số: /TB-BV  
V/v Thông báo công khai  
mời báo giá.

Hoàng Su Phì, ngày tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có cơ sở tham khảo trên thị trường, xây dựng giá kế hoạch cho công tác mua sắm một số loại trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
- Ds Trần Tuấn Anh; Khoa Dược – VT, TBYT. Số điện thoại : 0915.903.663
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đơn vị nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì.  
Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
- Nhận qua email: khoaduochsp@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 10 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục Trang thiết bị y tế.

(Theo phụ lục đính kèm).

2. Mẫu báo giá (Phụ lục II). Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị!

Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Ban giám đốc BV;
- Đăng website bệnh viện;
- Đăng website Sở Y tế;
- Các nhà cung cấp dịch vụ;
- Lưu: KTTC, KD, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Sin Đức Văn**

**PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Kèm theo thông báo số /TB – BV, ngày tháng 7 năm 2024 của Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì )

STT	Tên Hàng Hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy nội soi Tai – Mũi - Họng	<p><b>* Cấu hình chung:</b>  <b>Màn hình</b> LCD 27 inch HD màu  <b>Xử lý hình ảnh kỹ thuật số</b> 1920x1080P HD - HD-SDI / DVI × 2 / HDMI / CVBS / VGA                      - Cảm Biến Ảnh: 3/4" 3CMOS (3 chip)                      - Độ nhạy sáng: 0,2 lux                      - Hệ màu: NTSC 3.58                      - Cân bằng màu: Tự động.                      - Dừng hình trên camera .                      - Phóng to, thu nhỏ trên camera và trên xử lý ảnh.                      - Độ sáng: Điều chỉnh                      - Đầu ra video: CVBS / HD-SDI / HDMI / DVI  <b>+ Nguồn sáng</b>                      - Nguồn sáng Led 100W                      - Đầu ra quang thông: 1800LM                      - Nhiệt độ màu: từ 3000K ~ 7000K                      - Chỉ số kết xuất màu: 90                      - Chỉ số khớp nối: 70                      - Phạm vi phổ: 400 ~ 700nm                      - Kênh đầu ra ánh sáng: kênh đơn  <b>+ Dây sáng: 1,8m</b>  <b>+ Optic soi mũi, xoang:</b>                      - Ø4mm, Dài:175mm, Góc soi: 0<sup>0</sup>  <b>+ Optic soi thanh quản</b>                      - Ø4mm, Dài:175mm, Góc soi: 70<sup>0</sup>  <b>+ Phần mềm chuyên dụng:</b> 01 chiếc  <b>+ Xe đẩy chuyên dụng :</b> 01 chiếc 4 tầng, có bánh, kích cỡ phù hợp với thân máy.                      - Máy đạt tiêu chuẩn ISO 13485; Được sản xuất từ năm 2022 trở lên; Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 quyển</p>	Cái	01	

2	Miếng dán điện xung dẻo to	Miếng điện cực được dán bởi miếng silicon dán điện và miếng dán. Lớp ngoài là miếng dán cao su silicon lớp trong là miếng cao su dẫn điện , Miếng dán được làm từ glycerin, acrylamide, kali clorua và bề mặt lưới dệt móc. - kích thước 10 x 10 cm.	Miếng	50	
3	Đèn hồng ngoại	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều cao đèn 1,7 mét</li> <li>- Đế rộng <math>\geq 16\text{cm}</math></li> <li>- Dây dẫn điện <math>\geq 1,8\text{m}</math> được gắn với nhau</li> <li>- Cổ định vị xoay linh động đến gần <math>360^\circ</math>.</li> <li>- Đuôi đèn có thể sử dụng nhiều loại bóng đèn,</li> <li>- Vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm,</li> <li>- Điện áp: 220V</li> <li>- Công suất: 250W</li> <li>♦ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</li> </ul>	Cái	10	
4	Máy điện châm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu ra: 6 đầu ra</li> <li>- Điều chỉnh tần số và cường độ điện châm</li> <li>- Điều chỉnh độ nhạy của bút dò huyết</li> <li>- Đồng hồ đếm thời gian lắp trong</li> <li>- Nút lựa chọn dạng sóng</li> <li>- Tần số chỉ thị bằng ánh sáng LED xanh</li> <li>- Nguồn đèn Led ánh sáng xanh</li> <li>- Độ nhạy của đầu dò huyết: Khi trở kháng cơ thể <math>R=20\text{K}\Omega\sim 500\text{K}\Omega</math>, <math>\Delta R=-20\text{K}\Omega</math>, <math>R=510\text{K}\Omega\sim 1\text{M}\Omega</math>, <math>\Delta R=-50\text{K}\Omega</math></li> <li>- Cung cấp liệu pháp trị liệu bằng kim hoặc kích thích điện</li> <li>- Hỗ trợ cho dò huyết</li> <li>- Nguồn vào: 220V/50Hz, đầu ra: DC 9V/150mA</li> <li>- Công suất tiêu thụ tối đa: nhỏ hơn 5W</li> <li>♦ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Tổng cộng: 04 khoản</b></p>	Cái	5	

Tên công ty:.....

**Phụ Lục II**

Địa chỉ: .....

Điện thoại.....Mã số thuế.....

Số tài khoản.....tại ngân hàng.....

## MẪU PHỤ LỤC BÁO GIÁ

**Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì.**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi .... *[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cung cấp Trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp Thiết bị y tế.

STT	Tên trang thiết bị y tế	Model/ Hãng SX/ Nước SX	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1							
2							
...							
	<b>Tổng số:</b>						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**  
*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*