

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có cơ sở tham khảo trên thị trường, xây dựng giá kế hoạch công tác mua sắm gói thầu mua sắm quả lọc thận nhân tạo phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ds Trần Tuấn Anh; Khoa Dược – VT, TBYT. Số điện thoại : 0915.903.663
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đơn vị nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì.*
- *Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, xã Hoàng Su , tỉnh Tuyên Quang*
- *Nhận qua email: khoaduochsp@gmail.com*

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 21 tháng 8 năm 2026 đến trước 17h ngày 26 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Theo phụ lục I đính kèm.
- Mẫu báo giá. (Phụ lục II). Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc BV;
- Đăng website bệnh viện, muasamcong.vn;
- Các nhà cung cấp dịch vụ;
- Lưu:VT, Hồ sơ mời thầu KT, KD.

GIÁM ĐỐC

Ma Trung Nghĩa

PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo thông báo số /TB – BV, ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì)

STT	Tên Hàng Hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
01	Quả lọc thận nhân tạo	* Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg : 20 * Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút: Độ thanh thải - Urea: 258 ml/phút - Creatinine: 237 ml/phút - Phosphate: 197 ml/phút - Vitamine B12: 139 ml/phút - Cytochrome C: 0.0709 - B2 Microglobulin: 0.0815 - Albumin: 0.0003 * Thông số vật lý - Diện tích bề mặt(m²): 1.6 - Thể tích chứa máu (ml): 90 * Chất liệu màng: Polyethersulfone. * Chất liệu vỏ màng Polycarbonate. * Chất liệu gắn kết Polyurethane . * Đường kính trong của sợi: 200µm. * Độ dày thành sợi: 35µm * Phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước(Methods of Sterilisation - VI Edition) * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Quả	48	
Tổng: 01 khoản					

Tên công ty:

Địa chỉ:

Điện thoại.....Mã số thuế.....

Số tài khoản.....tại ngân hàng.....

Phụ Lục II

MẪU PHỤ LỤC BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá

STT	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, Model, Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Xuất xứ	Mã HS	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A										
	...										

1. Báo giá cung cấp 02 máy chạy thận nhân tạo.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))